

# 兰州大学草地农业科技学院实验室安全

## 工作简报

2021 年第 4 期（总第 4 期）

草地农业科技学院实验室安全工作小组      2021 年 4 月 23 日


---

2021 年 4 月 23 日，为确保“五一”假期学院实验室的安全运行，学院实验室安全管理工作小组成员常生华、杨倩、未丽和吴淑娟对学院各研究所实验室安全进行了检查，并督促整改。学院各实验室安全、卫生及管理状况整体良好，但个别实验室仍存在一些安全隐患。


### 一、主要存在隐患和问题

学生在实验室内自习；做实验未穿实验服；实验室内存在摆放食物及水杯的现象；钢瓶未固定；冰柜未上锁；实验垃圾不及时处理；水龙头漏水；易制毒药品柜未上锁；仪器使用完毕未断电；安全检查记录本未及时登记；配置的溶液信息不全等。

## 二、现场照片







地农业科技学院实验室安全检查记录表

301 实验室安全

年 月 日

开门 姓名: 程琳 8:16

关门 姓名: 赵璐 23:14

检查项目	安全	存在问题	整改意见
吸烟、饮食、过夜	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
验服、手套等	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
冷藏水开关使用	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
气瓶固定及使用	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
安装使用	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
门、窗等	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
溢液及时处理	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
危险品保存使用	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
安全使用	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
设备定期年检	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
卫生	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
如电动车、自行车等	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
器材 (如玻璃器皿、灭火器、消防面具、急救箱)	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

制度执行情况结论:  安全  需要整改

检查人: 程琳

地农业科技学院实验室安全检查记录表

306 实验室安全

年 月 日


开门 姓名: 程琳 8:40

关门 姓名: 赵璐 23:14

检查项目	安全	存在问题	整改意见
吸烟、饮食、过夜	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
验服、手套等	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
冷藏水开关使用	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
气瓶固定及使用	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
安装使用	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
门、窗等	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
溢液及时处理	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
危险品保存使用	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
安全使用	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
设备定期年检	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
卫生	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
如电动车、自行车等	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
器材 (如玻璃器皿、灭火器、消防面具、急救箱)	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

制度执行情况结论:  安全  需要整改

检查人: 程琳







草地农业科技学院实验室安全检查记录表

日期: 2021年4月18日

登记	开门	关门
姓名	马志桐	马志桐
时间	8:30	10:30

序号	检查项目	安全	存在问题	整改意见
1	作业安全(无吸烟、饮食、过夜)	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2	个人防护(实验服、手套等)	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
3	水电水阀门、冷凝水开关使用	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
4	气瓶气阀、燃气瓶固定及使用	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
5	电器设备安全使用	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
6	实验室门(门、窗等)	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
7	废液桶自溢、溢液及时处理	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
8	危险化学品、危险品保存使用	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
9	实验室安全使用	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
10	实验室仪器设备在有效期内	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
11	实验室卫生	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
12	实验室安全使用	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
13	实验室安全使用	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
14	实验室安全使用	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
15	实验室安全使用	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

检查结论:  安全  需要整改

检查人: 马志桐

803



### 三、各实验室问题清单

实验室	责任人	问题	建议整改措施	限期整改完成时间
岫云楼 308	古丽君 李春杰	液体培养基未及时清理	建议实验做完及时清理	立即
岫云楼 308	古丽君 李春杰	实验吹风机用完不拔插头	建议吹风机用完及时拔插头	立即
生物楼 403	未丽 王锁民	学生做实验未穿实验服	规范学生实验防护	立即
生物楼 403	未丽 王锁民	实验垃圾未及时清理	建议安排值日 确保室内卫生状况良好	立即
生物楼 407	冯琦胜 梁天刚	杂物随意堆放	建议加强实验室管理	4月24日
碧野楼 F102	刘权 高红娟	钢瓶未固定	建议用铁链固定	4月24日
碧野楼 F102	刘权 高红娟	药品随意摆放	建议加强药品管理	立即
碧野楼 F205	冯彦丽 贺金生	实验室放置水杯	建议加强学生安全教育 杜绝实验室内饮食现象	立即
碧野楼 F205	冯彦丽 贺金生	仪器运转无人值守	建议加强仪器使用培训 确保仪器运转期间不离人	立即
碧野楼 202	柴琦	实验室乱放食物	建议加强学生安全教育 杜绝实验室内饮食现象	立即
碧野楼 301	方龙发 刘文献	安全检查记录本未及时登记	建议安排值日生 督促检查做好安全记录	立即
碧野楼 302	翁秀秀 李发弟	学生做实验未穿实验服	规范学生实验防护	立即
碧野楼 306	翁秀秀 李发弟	安全检查记录本未及时登记	建议安排值日生 督促检查做好安全记录	立即
碧野楼 306	翁秀秀 李发弟	水龙头漏水	建议更换水龙头	4月24日
碧野楼 306	翁秀秀 李发弟	试剂瓶标识不明	建议加强试剂管理	立即
碧野楼 311	翁秀秀 李发弟	易制毒试剂未上锁	建议加强易制毒药品管理	立即
碧野楼 4楼过道	侯扶江 常生华	冰柜未上锁	建议冰柜加锁	4月24日
碧野楼 406	侯扶江 常生华	垃圾未及时清理	建议安排值日 确保室内卫生状况良好	立即
碧野楼 507	牛得草 吴淑娟	杂物随意堆放	建议加强实验室管理	4月24日
碧野楼 607	沈禹颖 杨倩	学生在实验室上自习	建议加强学生安全防护 区分实验及自习地点	4月24日
碧野楼 803	张吉宇 谢文刚	安全检查记录本未及时登记	建议安排值日生 督促检查做好安全记录	立即
碧野楼 803	张吉宇 谢文刚	试剂瓶标识不明	建议加强试剂管理	立即